Bronkhorst® HIGH-TECH

Dok.nr.: 9.18.102A
Datum: 14-01-2014

Analog I/O

E-8000 CEM Regler
Anschlussplan

Erklärung Modellschlüssel

Frontplatte		
0	Blind	
1	1 Anzeige mit Bedienung	
Rückplatte		
W...	CEM	
Ext. Analoger Sollwert und Ausgang		
0	keine	
A	0-5 Vdc	
B	0-10 Vdc	
F	0-20 mAdc aktiv	
G	4-20 mAdc aktiv	
Z	Spezifiziert	
Analoger Sensor		
T	PT100 Temperatur	
Z	Spezifiziert	
Analogaktor		
U	W100/W200	
V	W300	
Z	Spezifiziert	

E-8 n n n - a - n W a a a - .....



9 pol D-Sub
Stecker
Chassisteil
Männlich

Hinweis: Bild ist ein Beispiel W100/W200.



9 pol D-Sub Stecker Chassisteil Männlich

9 pol D-Sub Stecker Kabelteil Weiblich

Hinweis:
Am Gerät kann kein separates Ventil angeschlossen werden.

Hinweis:
¹) +Ventil ist 0...10Vdc 1mA

Analoger Betrieb 0...5 or 0...10Vdc



Analoger Betrieb 0...20 or 4...20mAdc

Hinweis:
Bei Ansteuerung eines Gerätes über Feldbus oder RS232 ist der Parameter 'control mode' zu verändern, um einen Sollwert über den analogen D-sub Anschlüss vorzugeben. Für weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023.